

Gabinet lekarza 12 m², gabinet pielęgniarki 15 m²

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 15 marca 2006 r.

w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych, oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa wymagania:

- 1) jakim powinny odpowiadać pod względem technicznym i sanitarnym urządzenia i pomieszczenia, w których można wykonywać indywidualną praktykę oraz grupową praktykę pielęgniarek i położnych, zwaną dalej „praktyką”;
- 2) jakim powinien odpowiadać sprzęt medyczny, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę lub położną wykonującą indywidualną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania.

§ 2.

Standard techniczny i sanitarny pomieszczenia, w którym można wykonywać praktykę, zwanego dalej „gabinetem”, zapewnia wykonywanie praktyki zgodnie z rodzajem świadczeń zdrowotnych, aktualną wiedzą medyczną, zasadami etyki zawodowej, z poszanowaniem intymności i godności pacjentów oraz dbałością o ich bezpieczeństwo.

BUDYNEK I GABINET

§ 3.

1. Budynek lub lokal, w którym znajduje się gabinet, wymaga wyposażenia w instalacje: wodociagową, kanalizacyjną, grzewczą, wentylacyjną i elektryczną, spełniające warunki przewidziane w odrębnych przepisach. Instalacje powinny być zakryte, chyba, że przepisy określające warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane, stanowią inaczej.
2. Gabinet powinien być usytuowany w odrębnym lokalu. Gabinet może być usytuowany w części budynku lub lokalu przeznaczonego na inne cele, pod warunkiem oddzielenia tego pomieszczenia od innych użytkowników lokalu. Gabinet nie może znajdować się poniżej parteru.

POWIERZCHNIA GABINETU

3. Powierzchnia gabinetu powinna być odpowiednia do zainstalowanych urządzeń, aparatury i sprzętu, przy czym nie może być mniejsza niż 15 m².

§ 4.

DOSTĘP OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Do gabinetu należy zapewnić dostęp osobom niepełnosprawnym.

PODŁOGA

§ 5.

1. Podłoga w gabinecie jest trwała, gładka, zmywalna, nienasiąkliwa i odporna na działanie środków dezynfekcyjnych oraz o właściwościach przeciwpślizgowych.

ŚCIANY

2. Ściany gabinetu są łatwe do zmywania i dezynfekcji. W miejscach wymagających częstej dezynfekcji oraz przy punktach poboru wody ściany wyklada się do wysokości co najmniej 160 cm materiałami trwałymi, gładkimi, zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych.
3. W gabinecie, w którym występuje nadmierne nasświetlenie naturalne, instaluje się urządzenia zabezpieczające przed nasświetleniem i przegrzewaniem, łatwe do utrzymania w czystości.

GRZEJNIKI

4. Grzejniki są gładkie i łatwe do czyszczenia. Nie dopuszcza się stosowania grzejników i rur ożebrowanych oraz ogrzewania podłogowego i sufitowego.

POCZEKALNIA

§ 6.

Przy gabinecie wydziela się poczekalnię dla pacjentów wraz z miejscem do przechowywania okryć wierzchnich.

WODA

§ 7.

1. W gabinecie znajduje się umywalka z ciepłą i zimną wodą, ręczniki jednorazowego użytku lub suszarka do rąk, dozownik do mydła oraz dozownik do środka dezynfekcyjnego.

TOALETY

2. Pacjentom zapewnia się dostęp do wydzielonego dla nich pomieszczenia higienicznosanitarnego wyposażonego w ustęp, umywalkę z ciepłą i zimną wodą, ręczniki jednorazowego użytku lub suszarkę do rąk oraz dozownik do mydła.

MEBLE

§ 8.

1. Meble w gabinecie powinny być wykonane z materiałów łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję.
2. W gabinecie znajduje się szafka przeznaczona do przechowywania leków, artykułów sanitarnych i innych materiałów medycznych oraz szafka do przechowywania środków dezynfekcyjnych, a także leżanka i krzesła.

FOTEL GINEKOLOGICZNY

3. W gabinecie, w którym prowadzona jest praktyka położnej, a określony przez nią rodzaj i zakres świadczeń zdrowotnych tego wymaga, znajduje się fotel ginekologiczny.

URZĄDZENIA I SPRZĘT MEDYCZNY

§ 9.

1. Urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiające udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych w gabinecie albo w miejscu zamieszkania lub stałego pobytu pacjenta muszą posiadać ważne certyfikaty, badania techniczne lub inne świadectwa spełniające warunki używania, określone w odrębnych przepisach.
2. Urządzeń i sprzętu medycznego należy używać zgodnie z obowiązującymi standardami i instrukcjami ich używania.

SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

§ 10.

1. Do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w gabinecie albo w miejscu zamieszkania lub stałego pobytu pacjenta używa się sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
2. W przypadku udzielania świadczeń przy użyciu sprzętu medycznego wielokrotnego użytku zapewnia się możliwość jego sterylizacji, chyba że typ sprzętu nie wymaga sterylizacji.

STERYLIZACJA

3. W przypadku sterylizacji narzędzi lub sprzętu wielokrotnego użytku w gabinecie lub w pomieszczeniu przy gabinecie zapewnia się ich właściwe przygotowanie, kompletowanie, pakietowanie oraz przechowywanie. W tym przypadku wymagane jest dodatkowo wyposażenie w dwukomorowy zlew z bieżącą wodą ciepłą i zimną oraz autoklaw.

ODPADY MEDYCZNE

§ 11.

Opady medyczne niebezpieczne powstałe w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych zabezpiecza się w sposób przewidziany w odrębnych przepisach. W gabinecie znajduje się pisemna instrukcja zatwierdzona dla tego gabinetu przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

BIELIZNA CZYSTA I BRUDNA

§ 12.

1. Do składowania czystej bielizny wydziela się i oznacza miejsce chroniące przed jej zabrudzeniem.
2. Do przechowywania brudnej bielizny służy odpowiednio zabezpieczony i oznaczony pojemnik.

TERMIN DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ I URZĄDZEŃ DO WYMOGÓW ROZPORZĄDZENIA

§ 13.

Pomieszczenia i urządzenia gabinetu prowadzącego działalność w dniu wejścia w życie rozporządzenia należy dostosować do wymagań określonych w rozporządzeniu do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 14.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Śródtytuły pochodzą od redakcji Gazety

Rozporządzenie weszło w życie dnia 20 kwietnia 2006 roku.

KOMENTARZ REDAKCYJNY

Dlaczego samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych dopuścił do sytuacji, kiedy powierzchnia pomieszczenia, w którym można wykonywać praktykę lekarską ma wynosić co najmniej 12 m², a gabinetu w którym można prowadzić praktykę pielęgniarek lub położnych nie może być mniejsza niż 15 m²? Dlaczego gabinet nie może znajdować się poniżej parteru, w sytuacji, kiedy wiele zoz nie spełnia tego wymogu?

W rozporządzeniu zawarto wiele ogólnych zapisów np.: „do gabinetu należy zapewnić dostęp osobom niepełnosprawnym” Nie wiadomo co kryje się pod tym zapisem? Podjazdy, windy, toalety dostosowane do niepełnosprawnych?

„W gabinecie, w którym występuje nadmierne nasświetlenie naturalne, instaluje się urządzenia zabezpieczające przed nasświetleniem i przegrzewaniem, łatwe do utrzymania w czystości”, ale nie określono co to jest nadmierne nasświetlenie. Nie określono także, jakie urządzenia należy stosować.

Takie nieprecyzyjne zapisy mogą prowadzić do nieporozumień i przekładać się na wymuszaniu na pielęgniarkach i położnych ponoszenia znacznych nakładów finansowych.

Ponadto okres dostosowania gabinetów do nowych wymogów do końca 2007 roku jest zbyt krótki.

Należy w tym miejscu wspomnieć o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Powyższe rozporządzenie zgodnie z ustawową delegacją dla ministra zdrowia reguluje tylko wymagania techniczne i sanitarne pomieszczeń oraz wymagania jakimi powinien odpowiadać sprzęt umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki w miejscu zamieszkania lub stałego pobytu pacjenta. Określa tylko wymagania - ważne certyfikaty, badania techniczne lub inne świadectwa spełniające warunki używania, określone w odrębnych przepisach. Rozporządzenie nie określa jaki w tym przypadku wymagany jest sprzęt.

Pielęgniarka występująca z wnioskiem o uzyskanie zgody na prowadzenie indywidualnej praktyki w miejscu zamieszkania lub stałego pobytu pacjenta (na wezwanie) powinna przedstawić dane dotyczące wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny. Jaki to ma być sprzęt i aparatura nikt do dnia dzisiejszego nie określił. Dlaczego samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych nie ustalił obowiązującego standardu wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny indywidualnej i specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wykonującej świadczenia wyłącznie w miejscu zamieszkania lub stałego pobytu pacjenta. Zgodnie z ustawą o samorządzie pielęgniarek i położnych podstawowym obowiązkiem ustawowym samorządu jest ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy, zatwierdzanych następnie przez Ministra Zdrowia. (mm)